

Sistem FreeStyle Optium Neo H

Solusi all-in-one untuk akurasi, keamanan dan kepatuhan



Strip uji glukosa dan keton darah yang masing-masing terbungkus foil membantu menjaga integritas proses pengujian



Semua diperkuat oleh layanan, pelatihan, dan dukungan yang handal. Jadwalkan demonstrasi hari ini.



FreeStyle

Optium Neo H

Blood Glucose and Ketone Monitoring System

© 2019 Abbott. All Rights Reserved.

FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc.

in various jurisdictions. AUC - 13140 V1.0

PT. Abbott Products Indonesia,
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-1A
Wilma Pondok Indah 2, Suite 1000,
Jakarta Selatan 12310, Indonesia



Abbott



FreeStyle

Optium Neo H

Blood Glucose and Ketone Monitoring System

© 2019 Abbott. All Rights Reserved.

FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc.

in various jurisdictions. AUC - 13140 V1.0

FreeStyle Optium Neo H

Sistem Pemantauan Glukosa dan Ketone Darah



Memberikan
KEAMANAN
dari kontaminasi bakteri




Abbott

PENINGKATAN KEAMANAN PASIEN

Meminimalisir kontaminasi di sisi tempat tidur

Strip yang dikemas secara terpisah versus strip botol multi guna

- Dalam studi 3 rumah sakit, **45%** strip dari botol multi guna terkontaminasi bakteri.¹



- 423 strip uji glukosa yang dikumpulkan dan dikulturkan untuk memeriksa tingkat kontaminasi.
- Di 3 rumah sakit pendidikian dengan > 900 tempat tidur, di Spanyol.
- Paket individu sekali pakai di satu rumah sakit vs botol multi guna di dua rumah sakit.

Kontaminasi bakteri pada strip yang dikemas terpisah jauh lebih rendah daripada yang dikemas dalam botol multi guna. Organisme yang sangat patogenik seperti *Staphylococcus epidermidis* yang resisten methicillin atau *Staphylococcus hemolyticus* ditemukan pada strip dari botol multi guna tetapi tidak pada strip yang dikemas terpisah.



FreeStyle

Optium Neo H

Based on data and from Multinational Studies
© 2019 Abbott. All Rights Reserved.
FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc.
in various jurisdictions. AUC - 13140 v1.0



Strip Uji yang Terbungkus Foil secara Terpisah Meminimalisir Paparan terhadap Kontaminasi Bakteri dan Mengurangi Limbah



45% strip botol yang telah terbuka terkontaminasi dengan patogen yang sulit ditangani seperti MRSE² dan *Staphylococcus haemolyticus*²

Staphylococcus epidermidis yang resisten methicillin.



MEMBANTU MENGURANGI KONTAMINASI

Masing-masing bungkus foil melindungi strip terhadap paparan udara, kelembaban, dan kontaminan lainnya untuk membantu memastikan hasil yang akurat.



MEMBANTU MENGURANGI LIMBAH

- Satu-satunya merek strip glukosa darah untuk perawatan rumah sakit terkemuka yang dibungkus foil secara terpisah dan cocok untuk digunakan dalam pengaturan multi-pasien.³
- Kemasan sekali pakai dapat mengurangi biaya limbah dibandingkan dengan botol yang dikhususkan.



Menjaga integritas proses pengujian dengan strip uji FREESTYLE OPTIUM NEO H

References: 1. Pérez-Ayala, M., Oliver, P., Rodríguez Cantalejo, F., Journal of Diabetes Science and Technology (Jurnal Ilmu dan Teknologi Diabetes), Volume 7, Terbitan 4, Juli 2013. 2. Nichols JH. Estimated strip wastage from glucose meter injection control recommendations (Perkiraan pemborosan strip dari rekomendasi pengendalian injeksi dari glukosa). Qm Chim Acta. 2012; 414: 91-9. 3. Lilesan, Roche, situs web Nova Biomedical, per November 2013.



FreeStyle

Optium Neo H

Based on data and from Multinational Studies
© 2019 Abbott. All Rights Reserved.
FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc.
in various jurisdictions. AUC - 13140 v1.0

